

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pertama, kadar besi (II) pada tablet tambah darah tidak dapat dianalisis dengan metode permanganometri.

Kedua, analisis kadar besi (II) dalam tablet tambah darah dengan metode permanganometri tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi VI.

#### **B. Saran**

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah jika menganalisis kadar besi (II) sampel tablet tambah darah yang valid menggunakan metode serimetri seperti yang tertera pada Farmakope Indonesia edisi VI.

Kadar besi (II) dalam tablet tambah darah tidak dapat dianalisis dengan metode permanganometri karena tidak memenuhi syarat parameter validasi metode sehingga tidak valid sebagai pengembangan metode untuk analisis kadar besi (II) dalam tablet tambah darah.